



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 066/2020

OBJETO: "Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares (monitores multiparamétricos), visando à amplificação do sistema municipal de saúde, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19, conforme especificações descritas no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde".

Trata-se de impugnação ao edital enviado pela empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ: 07.626.776/0001-60 questionando a possibilidade de comunicação com a central de monitorização e também comunicação com sistema hospitalar através de protocolo HL7, questiona se o sistema já esta instalado, requer a oportunidade de testar seu equipamento e adiamento do presente pregão.

Inicialmente cabe ressaltar que não há nenhuma intenção em direcionar o certame, a exigência de os equipamentos serem compatíveis é totalmente plausível, pois a Central de Monitoramento já esta instalada e a aquisição de monitores que por ventura não sejam compatíveis frustraria totalmente o objeto do certame.


Assim, damos por prejudicada a análise da presente impugnação, pois, o próprio edital diz "Os aparelhos devem ser compatíveis com a Central de Monitoramento já existente, Dräger VISTA 120 CMS Hardware e Software. Considerando que o item é de extrema necessidade para diagnósticos e monitoramento de pacientes", estando, portanto, implícito que para firmar o contrato de compra dos equipamentos com a empresa vencedora do certame, esta deverá comprovar a compatibilidade dos monitores com a central já instalada, podendo, dessa forma, testar essa compatibilidade antes ou posterior ao certame licitatório.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Fica mantida a sessão publica como inicialmente publicada, para 02/10/2020 as
13:30 horas.

Taquarituba (SP), 01 de outubro de 2020



José Clovis de Almeida
Prefeito-Municipal